exaqua試薬・メソッドリスト 2024.12現在

取り扱せ品の試薬になり求す　淡水 海水兼用試薬

試薬番号 (注文製品番号)	劇物・毒物 該当品	試薬/検査項目	海水	淡水	メソッドNO.	測定範囲	解像度	測定時間	誤差	販売価格 (税別)	試薬1箱での 測定可能回数	対応ライセンス Basic license	対応ライセンス M ine license	対応ライセンス Ex titr license	対応ライセンス Po I license	対応ライセンス H license	使用LED レンジ	測定方法
8030		pH 4.5 – 6.0		○	Z030	4.5 – 6.0 pH	0.05 pH	-	±0.1 pH	3,300	40	○					520 nm	Adaptation of the methyl red method
8040		pH 6.0 – 8.5		○	Z040	6.0 – 8.5 pH	0.05 pH	-	±0.1 pH	3,300	40	○					520 nm	Adaptation of the phenol red method
8050		Test pH 4.5-9.0 淡水		○	Z050F	4.5 – 9.0 pH	0.05 pH	-	±0.1 pH	4,350	100	○					470nm, 520 nm, 610 nm	Wide-range colorimetric method
8050		Test pH 4.5-9.0 海水	○		Z050M	4.5 – 9.0 pH	0.05 pH	-	±0.1 pH				○				470nm, 520 nm, 610 nm	Wide-range colorimetric method
8010		Test KH 海水	○		Z010M	0.5 - 20°dH	0.5°dH	-	±5% ±0.5 °dH	3,000	40		○				610 nm	Colorimetric method
8010		Test KH 淡水		○	Z010F	0.5 - 30°dH	0.5°dH	-	±5% ±0.5 °dH		40	○					610 nm	Colorimetric method
8021		Test GH		○	Z021	1 - 50°dH	0.5°dH	-	±3% ±0.4 °dH	4,500	40	○		○			610 nm	Adaptation of the standard method for water testing ISO 6059:1999
8022		Test GH Low range		○	Z022	0.1-5°dH	0.05°dH	-	±3% ±0.05 °dH	4,500	40	○		○			610 nm	Adaptation of the standard method for water testing ISO 6059:1999
8472		Test Ca 淡水		○	Z472	5 - 300 mg/l	3,2 mg/l	-	±3% ±2 mg/l	4,500	40	○		○			610 nm	Adaptation of the standard method for water testing ISO 6059:1999
8473		Test Mg 淡水		○	Z473	3 - 150 mg/l	1 mg/l	-	±3% ±3 mg/l	4,500	40	○		○			610 nm	Adaptation of the standard method for water testing ISO 6059:1999
8230	該当	Test NH4 淡水		○	Z230	0.0 - 5 mg/l	0.05 mg/l	10 分	±5% ±0.05 mg/l	4,200	55	○					610 nm	Adaptation of the standard method for water testing ISO 7150-1:2002
8231	該当	Test NH4 海水	○		Z231	0.0 - 3 mg/l	0.05 mg/l	10 分	±5% ±0.05 mg/l	4,200	35		○				610 nm	Adaptation of the standard method for water testing ISO 7150-1:2002
8220		Test NO2 High range	○	○	Z220H	1 - 6 mg/l	0.05 mg/l	5分	±5% ±0.1 mg/l	3,750	50	○	○				470 nm	Adaptation of the standard method for water testing EN 26777:1999
8220		Test NO2 Low range	○	○	Z220L	0.0-1.5 mg/l	0.01 mg/l	5分	±3% ±0.02 mg/l			○	○				520 nm	Adaptation of the standard method for water testing EN 26777:1999
8210		Test NO3 High range	○	○	Z210H	5 - 150 mg/l	1 mg/l	5分	±10% ±5 mg/l	5,250	85	○	○				520 nm	Adaptation of the standard method for water testing ISO 13395:2001
8210		Test NO3 Low range	○	○	Z210L	0.0 - 30 mg/l	0.5 mg/l	5分	±10% ±1 mg/l			○	○				520 nm	Adaptation of the standard method for water testing ISO 13395:2001
8240		Test PO4 淡水		○	Z240F	0.0 - 10 mg/l	0.01 mg/l	10 分	±5% ±0.05 mg/l	3,750	35	○					610 nm	Adaptation of the phosphomolybdenum blue method
8240		Test PO4 海水	○		Z240M	0.0 - 10 mg/l	0.01 mg/l	10 分	±5% ±0.05 mg/l				○				610 nm	Adaptation of the phosphomolybdenum blue method
8462	該当	Test Ca 海水	○		Z462	200 - 600 mg/l	8 mg/l	-	±3% ±8 mg/l	4,500	40		○	○			610 nm	Adaptation of the standard method for water testing ISO 6059:1999
8463		Test Mg 海水	○		Z463	500-1600 mg/l	18 mg/l	-	±3% ±18 mg/l	4,500	40		○	○			610 nm	Adaptation of the standard method for water testing ISO 6059:1999
8450		Test K 海水	○		Z450M	50 -500 mg/l	2,5 mg/l	1 分	±10% ±10 mg/l	4,650	25		○				610 nm	Adaptation of the tetraphenylborate method
8010		Test K High range		○	Z450H	10 - 150 mg/l	0.5 mg/l	1 分	±10% ±2.5 mg/l			○					610 nm	Adaptation of the tetraphenylborate method
8010		Test K Low range		○	Z450L	2 - 20 mg/l	0.1 mg/l	1 分	±7% ±0.5 mg/l			○					610 nm	Adaptation of the tetraphenylborate method
8480		Test I2	○		Z480M	10 – 200 µg/l	5 µg/l	8 – 30 分	±10% ±5 µg/l	6,000	25		○				520 nm	Adaptation of the Yonehara method
8410		Test Fe	○	○	Z410	0.0 - 10 mg/l	0.01 mg/l	5分	±3% ±0.05 mg/l	3,750	30	○	○				520 nm	Colorimetric method
8420	該当	Test Mn		○	Z420	0.0 - 5 mg/l	0.01 mg/l	10 分	±3% ±0.05 mg/l	4,950	35	○					470 nm	Adaptation of the formaldoxime method
8430		Test Cu 淡水		○	Z430F	0.0 - 5 mg/l	0.02 mg/l	6 分	±4%	4,200	70	○					610 nm	Adaptation of the cuprizone method
8430		Test Cu 海水	○		Z430M	0.0 - 3 mg/l	0.02 mg/l	10 分	±5% ±0.02 mg/l				○				610 nm	Adaptation of the cuprizone method
8440		Test Si	○	○	Z440	0.0 - 7 mg/l	0.01 mg/l	4 分	±3% ±0.05 mg/l	4,650	55	○	○				610 nm	Adaptation of the molybdenum blue method
8610	該当	Test SO4 淡水		○	Z610F	8 - 200 mg/l	2 mg/l	1 分	±10% ±2 mg/l	4,950	70	○					470 nm	Turbidimetric method
8610	該当	Test SO4 海水	○		Z610M	200 -3000 mg/l	20 mg/l	1 分	±10% ±20 mg/l				○				470 nm	Turbidimetric method
8620		Test O2		○	Z620	1 - 10 mg/l	0,1 mg/l	2 分	±10% ±0.5 mg/l	4,200	40	○					470 nm	Adaptation of the Winkler method
8630		Test CO2		○	Z630	1 – 50 mg/l	0.25 mg/l	-	±5% ±0.5 mg/l	4,500	40	○		○			610 nm	Adaptation of the standard method for determining free carbon dioxide by titration method
8011	プール向け (劇物・毒物 非該当品)	Test KH 淡水		○	Z011	0.5 - 20°dH	0.5°dH	-	±10% ±0.5°dH	3,750	50				○		610 nm	Colorimetric method (tablets)
8041		Test pH 6.5 – 8.5		○	Z041	6.5 – 8.5 pH	0.1 pH	-	±0.1 pH	3,750	50				○		520 nm	Adaptation of the phenol red method (tablets)
8621		Test O2 active (MPS)		○	Z621	0.1 – 30 mg/l	0.1 mg/l	-	±10% ±0.5 mg/l	3,300	50				○		520 nm	DPD method
8640		Test Cl2 free		○	Z640	0.1 – 5 mg/l	0.01 mg/l	2 分	±3% ±0.05 mg/l	3,300	50				○		470 nm	DPD method
8650		Test Cl2 total		○	Z650	0.1 – 5 mg/l	0.01 mg/l	4 分	±3% ±0.05 mg/l	4,950	50				○		470 nm	DPD method
8660		Test Cyanuric acid (CYA)		○	Z660	3 – 160 mg/l	0.01 mg/l	-	±10% ±2 mg/l	4,950	50				○		470 nm	Turbidymetric method (tablets)
HI93700	該当	Ammonia, low range		○	H700	ハンナジャパンサイト よりご確認ください										○		
HI93701		Free Chlorine		○	H701											○		
HI93702		Copper, high range	○		H702											○		
HI93705	該当	Silicate, low range		○	H705											○		
HI93707		Nitrite, low range		○	H707											○		
HI93708		Nitrite, high range		○	H708											○		
HI93709		Manganese, high range		○	H709											○		
HI93710		pH 6,5 – 8,5		○	H710											○		
HI93711		Total Chlorine		○	H711											○		
HI93713	該当	Phosphate, low range	○		H713											○		
HI93715	該当	Ammonia, medium range		○	H715											○		
HI93717	該当	Phosphate, high range		○	H717											○		
HI93732	該当	Dissolved oxygen		○	H732											○		
HI93733	該当	Ammonia, high range		○	H733											○		
HI736-25	該当	Phosphate, ultra low range	○		H736											○		
HI93751		Sulphate		○	H751											○		
HI755-26		Alkalinity KH marine	○		H755											○		
HI764-25		Nitrite, ultra low range	○		H764											○		
HI775-25		Alkalinity KH fresh water		○	H775											○		
HI937520		Magnesium		○	H7520											○		

測定項目について: exaquaの試薬以外の測定項目(H メソッドライセンス)につきましても、今後のファームウェア更新等で測定項目が増える可能性がございます。